

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. 914-4

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας, σύμφωνα με το ν. 4468/2017,

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ

ΤΟ

Εργαστήριο Διακρίβωσης

της

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.

στην Αθήνα

ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ., να διενεργεί μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο συνημμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ. Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 13.05.2014. Το παρόν Πιστοποιητικό αναγνώνει την ισχύ της διαπίστευσης και ισχύει μέχρι τις 12.05.2027, υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα προς το ανωτέρω Πρότυπο και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 21.11.2022

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.



Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F2/11 του Πιστοποιητικού Αρ.914-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών

της

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.

Μέγεθος / Αντικείμενο Διακριβώσης	Περιοχή Μέτρησης	Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις όγκου			
Σταθερές δεξαμενές: - Οριζόντιες κυλινδρικές - Κάθετες κυλινδρικές - Ορθογώνιες μέγιστου ύψους 3,5 m	[1 – 10] m ³	0,10%	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή όγκου σύμφωνα με το ISO 4269: 2001. Μέσο διακριβώσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακριβώση εκτελείται επιτόπου.
	(10 – 50] m ³	0,07%	
	(50 – 100] m ³	0,05%	
	(100 – 200] m ³	0,04%	
Βυτιοφόρα οχήματα	[1 – 10] m ³	0,10%	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με: - ISO 4269: 2001 - OIML R 80-2: 2017 - Annex B Μέσο διακριβώσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακριβώση εκτελείται επιτόπου.
	(10 – 50] m ³	0,07%	
Μεταλλικά ογκομετρικά δοχεία τύπου “to contain”	20 l – 500 l	0,05%	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-21, v.2.0: 2020 Μέσο διακριβώσης: νερό δικτύου ύδρευσης.

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Σερρών 15-17, 10441 Αθήνα.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Α. Ματάγκας, Μ. Κυριακόπουλος.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.10.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 914-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.05.2027.

Αθήνα, 21.11.2022

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Σ.Υ.Δ.

